

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-CC-10 Version : C Date : 09/05/2006 2/2
VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION CG/C/IRMS		

4. Calibration de l'instrument

Code de la solution Mix Cal Acétate: CS1A

Valeurs obtenues (%):

	5a Androstanol AC	Etiocolanolone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiocolanolone AC
<u>date - 009</u>	<u>-30.40</u>	<u>-19.98</u>	<u>-33.71</u>	<u>-16.74</u>
<u>date - 016</u>	<u>-30.25</u>	<u>-19.85</u>	<u>-33.63</u>	<u>-16.67</u>

Intervalle de valeurs acceptables:


	5a Androstanol AC	Etiocolanolone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiocolanolone AC
Valeurs théoriques	-30.46	-19.91	-33.81	-16.30
Valeurs théoriques + 0.5%	-29.96	-19.41	-33.31	-15.80
Valeurs théoriques - 0.5%	-30.96	-20.41	-34.31	-16.80

Résultats conformes : oui non

Résultats : CONFORME / ~~NON CONFORME~~
Rayer la mention inutile

Observations:

Validation

Opérateur		Responsable	
Date	Code et Visa	Date	Code et Visa
<u>4/8/16</u>	<u>28cf</u>	<u>05/08/16</u>	<u>49</u> 

*Cet enregistrement est à transmettre au responsable du secteur confirmation concerné
puis à archiver vivant dans le dossier matériel de l'appareil concerné dans la section correspondante.*